



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
Северное Производственное Объединение

**арктика**



Архангельское шоссе, 34,  
г. Северодвинск,  
Архангельская обл., Россия, 164500

Телефон (818-4) 58-24-13.  
Факс (818-4) 58-48-70.  
Для телеграмм 276147, КОНТАКТ  
OGT@SPOARKTIKA.RU

Директору по развитию  
ЗАО ТД "Завод Микрон"  
Пономаревой С.В.  
111524, г. Москва  
ул. Электродная, д.2, стр.7

10 июля 2009г. № 22/6-2050

о направлении акта входного  
контроля

Направляем Вам акт № БИХ-01-2009 входного контроля опытных образцов измерительного инструмента, предоставленного ЗАО ТД "Завод Микрон".

Приложение: 1. Акт № БИХ-01-2009 от 01.07.2009г.  
2. Копия свидетельства о поверке № ЛУ-936.  
3. Копия свидетельства о поверке № ЛУ-935.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Главный технолог

С.П.Кубенин

Наши реквизиты:

ОАО "СПО "Арктика"

Телефон/факс (8184) 58-48-70, контактный телефон (8184) 58-24-13

Платежный: КПП 293150001, ИНН 2902057930, ОКВЭД 35.11.9, ОКПО 07537654,  
ОГРН 1082902000180, Архангельское ОСБ № 8637, г. Архангельск, БИК  
041117601, кор/сч 30101810100000000601, р./сч 40702810204260013063 в Северодвинском ОСБ № 5494

Исполнил: Пастухова Е.Г.  
Телефон: (8184) 58-24-13



Акт № БИХ-01-2009  
от 01 июля 2009 года

входного контроля опытных образцов  
измерительного инструмента ЗАО ТД "Завод Микрон"

Настоящий составлен в том, что в условиях лаборатории метрологической службы ОАО "СПО" Арктика" проведена поверка измерительного инструмента, предоставленного ЗАО ТД "Завод Микрон":

1. Микрометр гладкий МК-0-25 ц.д.0,01 мм 2кл. - 1 штука, поверен в соответствии с МИ 782-85 ГСИ
2. Штангенциркуль ШЦ-I 0-150 ц.д.0,05 мм 1кл. - 1 штука, поверен в соответствии с ГОСТ 8.113-85 ГСИ
3. Калибры резьбовые:  
калибр-кольцо М 6х1,0 ПР, НЕ 6g - 1 комплект  
калибр-кольцо М 8х1,25 ПР 6g - 1 штука  
поверены в соответствии с МИ 1904-88 ГСИ

Заключение :

На основании результатов первичной поверки микрометр гладкий МК-25, штангенциркуль ШЦ-I 0-150, калибр-кольцо резьбовое М 6х1,0 ПР, НЕ, М 8х1,25 ПР признаны пригодными к применению.

- Приложение: 1.Копия свидетельства о поверке № ЛУ-936.  
2.Копия свидетельства о поверке № ЛУ-935.

Начальник БИХ ОГТ

В.В.Сафонов

Зам.главного метролога

Ю.И.Кожемяченко

Инженер БИХ ОГТ

Е.Г.Пастухова